



定性分析报告

数据文件名称 23MS323 97628-92-7.d 样品名称 23MS323 97628-92-7
样品类型 Calibration 位置 Vial 23
仪器名称 Instrument 1 用户名 DESKTOP-4G0NUSO\mouxin
采集方法 通用方法(D泵).m 采集时间 2023/9/20 23:25:49
IRM 校正状态 Not Applicable DA 方法 Default.m
注释

设备类型 TandemQuadrupole Sample Group
Info. Stream Name LC 1
Acquisition SW 6400 Series Triple
Version Quadrupole 10.0 (142)


用户色谱图

裂解电压 135 碰撞能量 0 电离模式 ESI



用户质谱图

裂解电压 135 碰撞能量 0 电离模式 ESI



峰列表

m/z	z	丰度
192.3	1	507273.91

定性分析报告

193.3	1	63684.3
258.3	1	504321.47
259.3	1	67320.33
260.2		8454.86
280.3	1	38133.1
296.2	1	7132.48
493.5	1	12513.74
515.5	1	16049.24
537.5	1	11401.42

--- 报告结束 ---

成都翰唯生物科技有限公司
www.peptide.com